

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**

ԿԱՐԳԱԴՐԱԳԻՐ N° ՏՍՆ-11-2023

1. **Տեսչական ստուգման անցկացման վայրը՝** «Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ (այսուհետ՝ ընկերություն):
2. **Տեսչական ստուգման անցկացման ամսաթիվը՝** 15.08.2023թ. .:
3. **Տեսչական ստուգման տեսակը՝** պլանավորված, հայտարարված:
4. **Տեսչական ստուգման նպատակը՝**
Ստուգել ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) կողմից ընկերությանը տրված գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման ՃԱՕ-221-2009 առ 11.03.2009թ. լիցենզիայի պայմանների և պահանջների կատարումը:
5. **Տեսչական խմբի կազմը՝**
 - Արմեն Բաբայան՝ կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնի ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ,
 - Արսեն Ալեքսանյան՝ կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնի ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ,Տեսչական ստուգմանը մասնակցել է «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի գլխավոր մասնագետ Եղիշե Գոնդակյանը՝ ճառագայթային չափումների իրականացման մասով:
6. **Տեսչական ստուգման ընթացքում տեսչական խմբին ուղեկցած անձնակազմը՝**
Անի Մանվելյան՝ ընկերության բժիշկ-ռադիոլոգ, ճառագայթային անվտանգության պատասխանատու անձ :
7. **Ընկերությունում ստուգման ենթակա իննացնող ճառագայթման աղբյուրներ.**
 - Актюбрентген «12Ф7К», գործարանային համարը՝ 947, պետական գրանցման համարը՝ 0125301342041484 (օգտագործվում է),
 - Мосрентген «РУМ-20М», գործարանային համարը՝ 694, պետական գրանցման համարը՝ 0125301342041485 (չի օգտագործվում, պահեստավորված է),
 - Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., LTD «SONTUI00-POR», գործարանային համարը՝ PP518201208006007, պետական գրանցման համարը՝ 0125301342052524 (օգտագործումը լիցենզավորված չէ),
 - PHILIPS «BV Libra» (չունի պետական գրանցում):
8. **Ստուգման արդյունքները.**
Տեսչական ստուգման ժամանակ հայտնաբերված խախտումները /անհամապատասխանությունները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:

Տեսչական ստուգման շրջանակներում «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվել են ռադիոմետրիկ չափումներ: Ռադիոմետրիկ չափումների տեխնիկական հաշվետվությունը կոմիտեի կողմից կներկայացվի առանձին գրությամբ:

Աղյուսակ 1: Տեսչական ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտումները և դրանց վերացման ժամկետները

N	Տեսչական ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտումները	Իրավական հիմքերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել	Հայտնաբերված խախտման վերացման նպատակով կարգադրվում է	Խախտման վերացման ժամկետը
1.	Ընկերության տնօրեն Ազատ Ղուկասյանն աշխատում է առանց ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի:	<ul style="list-style-type: none"> • Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 43, մաս 2, բաժին 13, կետ 11: • ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի «Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ կատարող և ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի: 	Ապահովել տնօրեն Ազատ Ղուկասյանի գործունեության լիցենզավորումը՝ համաձայն «Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի ու հայտի ձևերը և որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N°1858-Ն որոշման II-րդ բաժնի, 5-րդ, 5.1-րդ, 6-րդ կետերի:	16.10.2023
2.	Ընկերության բժիշկ-նաղիուզ Անի Մանվելյանն աշխատում է առանց ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի:	<ul style="list-style-type: none"> • Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 43, մաս 2, բաժին 13, կետ 11: • ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի «Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ կատարող և ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի: 	Ապահովել բժիշկ-նաղիուզ Անի Մանվելյանի գործունեության լիցենզավորումը՝ համաձայն «Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի ու հայտի ձևերը և որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N°1858-Ն որոշման II-րդ բաժնի, 5-րդ, 5.1-րդ, 6-րդ կետերի:	16.10.2023
3.	Ընկերությունում օգտագործվում է PHILIPS «BV Libra» ռենտգենախտորոշման սարք, որը գրանցված չէ կոմիտեի իրնացնող ճառագայթման արդյունքների պետական գրանցամատյանում:	<ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ կառավարության 2001թ. օգոստոսի 16-ի «Իրնացնող ճառագայթման արդյունքների պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին» N°765 որոշում, բաժին I, կետ 6: 	Ապահովել PHILIPS «BV Libra» իրնացնող ճառագայթման արդյունքների պետական գրանցումը՝ ՀՀ կառավարության 2001թ. օգոստոսի 16-ի «Իրնացնող ճառագայթման արդյունքների պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին» N°765 որոշմանը համապատասխան:	16.10.2023

4.	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., LTD «SONTUI00-POR» (գործարանային համարը՝ PP518201208006007, փետական գրանցման համարը՝ 0125301342052524) և PHILIPS «BV Libra» իոնացնող ճառագայթային աղբյուրների օգտագործումը լիցենզավորված չէ:	Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենք, հորված 43, մաս 2, կետ 13, ենթակետ 6:	<ul style="list-style-type: none"> Ապահովել Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., LTD «SONTUI00-POR» (գործարանային համարը՝ PP518201208006007, փետական գրանցման համարը՝ 0125301342052524) և PHILIPS «BV Libra» իոնացնող ճառագայթային աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ դեկտեմբերի 9-ի «Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթային աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N°1751-Ն որոշման II-րդ բաժնի 5-րդ, 6-րդ կետերին համապատասխան: Խուսափել նշված իոնացնող ճառագայթային աղբյուրները օգտագործելուց՝ մինչև դրա օգտագործման լիցենզավորումը: 	16.10.2023
5.	Ճառագայթային անվտանգության վիճակի վերաբերյալ 2022թ. հի հաշվետվությունը կոմիտե չի ներկայացվել:	ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի նախագահի 12.10.2010թ. N° 317-Ն հրաման:	<ul style="list-style-type: none"> Կոմիտե ներկայացնել ճառագայթային անվտանգության վիճակի վերաբերյալ 2022թ. հաշվետվությունը՝ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի նախագահի 12.10.2010թ. N° 317-Ն հրամանին համապատասխան: Ապահովել ամենամյա հաշվետվության ներկայացումը կոմիտե: 	16.10.2023
6.	Գեներացնող ճառագայթային աղբյուրների օգտագործման բաժանմունքներում պացիենտների ճառագայթահարման դոզաները չեն գրանցվում:	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N°1489-Ն որոշում, կետ 198, 199:	<ul style="list-style-type: none"> Ապահովել պացիենտների ճառագայթահարման դոզաների գրանցումը՝ «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N°1489-Ն որոշման 198-րդ, 199-րդ կետերին համապատասխան: 	16.10.2023
7.	Գեներացնող ճառագայթային աղբյուրների հետ առնչություն ունեցող անձնակազմի պարբերական նախագրուշական բժշկական զննությունները սահմանված չեն	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N° 1489-Ն	<ul style="list-style-type: none"> Ապահովել կատեգորիզացված անձնակազմի պարբերական նախագրուշական բժշկական զննության անցկացումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող 	16.10.2023

	կարգին համապատասխան:	որոշում, կետ 173:	<p>բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N° 1089-Ն որոշման:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կոմիտե ներկայացնել նշված խախտման վերացումը հավաստող նյութեր:
8.	Ընկերության գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների պլանային գույքագրման վերաբերյալ հաշվետվությունը կոմիտե չի ներկայացվել:	«Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտում առկա ռադիոիզոտոպային էլ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հաշվառման վերաբերյալ պահանջներ սահմանելու մասին» կոմիտեի նախագահի 2012թ. մարտի 26-ի N°86-Ն հրաման, կետեր 26, 34:	<p>16.10.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կոմիտե ներկայացնել գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների 2022թ. գույքագրման տվյալները՝ «Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտում առկա ռադիոիզոտոպային էլ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հաշվառման վերաբերյալ պահանջներ սահմանելու մասին» կոմիտեի նախագահի 2012թ. մարտի 26-ի N°86-Ն հրամանի 26-րդ, 34-րդ կետերին համապատասխան: • Ապահովել ամենամյա պլանային գույքագրման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացումը կոմիտե:
9.	Ընկերության կատեգորիզացված անձնակազմի ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների, աշխատանքային հրահանգների ինացության կարգը չի ներկայացվել:	<p>ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N°1489-Ն որոշում, բաժին XIV, կետ 172:</p>	<p>16.10.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Սահմանել ընկերության կատեգորիզացված անձնակազմի ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների, աշխատանքային հրահանգների ինացության ստուգման կարգն ու պարբերականությունը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N°1489-Ն որոշման, XIV-րդ բաժնի, 172-րդ կետի: • Ապահովել կատեգորիզացված անձնակազմի ուսուցումն ու հրահանգավորումը, ինչպես նաև ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների, աշխատանքային հրահանգների ինացության ստուգումը՝ համաձայն ՀՀ

10.	Ռենտգենախտորոշման կարիքներնների մուտքերի մոտ ճառագայթային վտանգի նշանները բացակայում են:	<< կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային կանոնները հաստատելու մասին» N ¹⁴⁸⁹ -Ն որոշում, կետ 31:	<p>կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N¹⁴⁸⁹-Ն որոշման, XIV-րդ բաժնի, 172-րդ կետի:</p> <ul style="list-style-type: none"> Կոմիտե ներկայացնել կատեգորիզացված անձնակազմի ուսուցումն ու հրահանգավորումն իրականացնելու, ինչպես նաև ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների, աշխատանքային հրահանգների իմացության ստուգման վերաբերյալ փաստաթղթերը: 	16.10.2023
-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

9. Եզրակացություն

Ընկերությունում կոմիտեի կողմից տրված ՃԱՕ-221-2009 առ 11.03.2009թ. լիցենզիայի պայմանները և պահանջները իրականացվում են բազմաթիվ խախտումներով:

10. Առաջարկվում է

Սույն կարգադրագրի 8-րդ կետում նշված խախտումները և թերությունները վերացնել սահմանված ժամկետներում՝ այդ մասին 3-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնելով կոմիտեին:

Կարգադրագիրը ներկայացրել են՝

Տեսչական խմբի անձնակազմ՝



Ա. Բարայան



Ա. Ալեքսանյան

Կարգադրագրի հետ ծանոթացել և մեկ օրինակ ստացել են կատարման համար:

«Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
տնօրեն

Ազատ Ղուկասյան

« 15 » 08 2023թ.

