

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԶՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**

ԿԱՐԳԱԴՐԱԳԻՐ № ՏՄՆ-04-2023

1. **Տեսչական ստուգման անցկացման վայրը՝** «Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն» հիմնադրամ (այսուհետ՝ հիմնադրամ):
2. **Տեսչական ստուգման անցկացման ամսաթիվը՝** 20.04.2023թ.:
3. **Տեսչական ստուգման տեսակը՝** պլանավորված, հայտարարված:
4. **Տեսչական ստուգման նպատակը**
Ստուգել ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) կողմից հիմնադրամին տրված գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման № ՃԱՕ-103-2007 առ 23.08.2007թ. լիցենզիայի պայմանների և պահանջների կատարումը:
5. **Տեսչական խմբի կազմը՝**
 - Արմեն Բաբայան՝ կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնի ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ,
 - Արսեն Ալեքսանյան՝ կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնի ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ,

Տեսչական ստուգմանը մասնակցել է «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ճառագայթային անվտանգության գծով գլխավոր մասնագետ Եղիշե Գոնդակյանը՝ ճառագայթային չափումների իրականացման մասով:
6. **Տեսչական ստուգման ընթացքում տեսչական խմբին ուղեկցած անձնակազմը՝**
Հովհաննես Վարդևանյան՝ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատու անձ:
7. **Ընկերությունում ստուգման ենթակա իրնացնող ճառագայթման աղբյուրներ.**
 - HOLOGIC «3Dimensions mammography system» գործարանային համարը՝ GAN160101692, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042365 (օգտագործվում է),
 - TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION «DREX-RF50» գործարանային համարը՝ R2B1572057, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042265 (օգտագործվում է),
 - HOLOGIC «QDR 4500 DISCOVERY Ci» գործարանային համարը՝ 48701C/NCE, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042266 (օգտագործվում է),
 - TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION «Aquilion Lightning TSX-035A» գործարանային համարը՝ 2CA592028, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042267 (պահեստավորված է),
 - Hologic «Selena Dimensions SDM-0001-3D» գործարանային համարը՝ 81011111146, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029041816 (օգտագործվում է),

- Hologic «Selena Dimensions SDM-0001-3D» գործարանային համարը՝ 81011111147, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029041817 (օգտագործվում է),
- CARESTREAM HEALTH INC. «KODAK 2100» գործարանային համարը՝ VJYA029, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042374 (օգտագործվում է),
- DEXCOWIN CO., LTD «DX3000» գործարանային համարը՝ D321A0003, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029052428 (օգտագործվում է),
- CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION «Aquilion Prime SP, TSX-303B» գործարանային համարը՝ 5CA2272720, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029042563 (օգտագործումը լիցենզավորված չէ):

8. Ստուգման արդյունքները.

Տեսչական ստուգման ժամանակ հայտնաբերված խախտումները /անհամապատասխանությունները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:

Տեսչական ստուգման շրջանակներում «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվել են ռադիոմետրիկ չափումներ:

Տեխնիկական հաշվետվությունը կցվում է (հաշվետվություն № RT-A123-T3.2-004 առ 25.04.2023թ.):

Աղյուսակ 1: Տեսչական ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտումները և դրանց վերացման ժամկետները

N	Տեսչական ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտումները	Իրավական հիմքերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել	Հայտնաբերված խախտման վերացման նպատակով կարգադրվում է	Խախտման վերացման ժամկետը
1.	CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION («Aquilon Prime SP, TSX-303B» գործարանային համարը՝ 5CA2272720, պետական գրանցման համարը՝ 01101029042563) իրնացնող ձառագայթման աղբյուրի ձառագայթման աղբյուրի օգտագործումը լիցենզավորված չէ:	Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 43, մաս 2, կետ 13, ենթակետ 6:	Ապահովել CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION «Aquilon Prime SP, TSX-303B» (գործարանային համարը՝ 5CA2272720, պետական գրանցման համարը՝ 01101029042563) իրնացնող ձառագայթման աղբյուրի օգտագործման լիցենզավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 9-ի «Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ձառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» № 1751-Ն որոշմանը համապատասխան: Խուսափել նշված իրնացնող ձառագայթման աղբյուրը օգտագործելուց՝ մինչև դրա օգտագործման լիցենզավորումը:	20.07.2023
2.	Անձնակազմի մասնագիտական ձառագայթահարման դրզաների գրանցամատյանը բացակայում է:	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «ձառագայթային անվտանգության կանոնները կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «ձառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» № 1489-Ն որոշում, բաժին XIII, կետ 165:	- Ապահովել անձնակազմի մասնագիտական ձառագայթահարման տարեկան համարժեք դրզաների գրանցումը և տվյալների պահպանումն առնվազն 50 տարի՝ ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «ձառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» № 1489-Ն որոշման 165-րդ կետին համապատասխան: - Կումիսե ներկայացնել վերոնշյալ գրանցամատյանի թղթային տարբերակի պատճենը կամ համակարգչի միջոցով	20.07.2023

			գրանցված արտահանված տվյալները:	համարժեք դրոգաների	20.07.2023
3.	Գեներացնող աղբյուրների բաժանմունքներում պացիենտների ճառագայթահարման չեն գրանցվում:	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» № 1489-Ն որոշում, կետ 198, 199:		Ապահովել պացիենտների ճառագայթահարման դրոգաների գրանցումը՝ «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» № 1489-Ն որոշման 198, 199 կետերին համապատասխան:	
4.	Hologic «Selena Dimensions SDM-0001-3D» (գործարանային համարը՝ 8101111147, 8101111147, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029041817) իոնացնող ճառագայթման աղբյուրի աշխատատեղում և օգտագործման վայրին հարող տարածքներում ռադիոմետիկ չափումների իրականացումը և չափման արդյունքները ներկայացնել կոմիտե՝ համաձայն կոմիտեի նախագահի 12.10.2010թ. № 317-Ն հրամանի, 16-րդ կետի 6-րդ ենթակետի:	Կոմիտեի նախագահի 12.10.2010թ. № 317-Ն հրաման, կետ 16, ենթակետ 6:		Ապահովել Hologic «Selena Dimensions SDM-0001-3D» (գործարանային համարը՝ 8101111147, պետական գրանցման համարը՝ 0110101029041817) իոնացնող ճառագայթման աղբյուրի աշխատատեղում և օգտագործման վայրին հարող տարածքներում ռադիոմետիկ չափումների իրականացումը և չափման արդյունքները ներկայացնել կոմիտե՝ համաձայն կոմիտեի նախագահի 12.10.2010թ. № 317-Ն հրամանի, 16-րդ կետի 6-րդ ենթակետի:	20.07.2023
5.	HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS «SDM-0001-3D» (գործարանային համարը՝ 8131111196) և HOLOGIC «3Dimensions Mammography system» (գործարանային համարը՝ GAN160101692) ռենտգենախտորոշման ճառագայթահարիչների տեղադրման սենքերի մուտքի ճառագայթային պաշտպանության ուժեղացումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը	ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը հաստատելու մասին» № 1219-Ն որոշում, կետ 9, ենթակետ գ):		Ապահովել HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS «SDM-0001-3D» (գործարանային համարը՝ 8131111196) և HOLOGIC «3Dimensions Mammography system» (գործարանային համարը՝ GAN160101692) ռենտգենախտորոշման ճառագայթահարիչների տեղադրման սենքերի մուտքի ճառագայթային պաշտպանության ուժեղացումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2006թ. օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը	20.07.2023

	(«Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական ՓԲԸ-ի NRSC-RT-QRM-023/22-001 առ 23.08.2022թ. ռադիոմետրիկ չափումների վերաբերյալ տեխնիկական հաշվետվություն):		հաստատելու մասին» № 1219-Ն որոշման, 9-րդ կետի գ) ենթակետի:	
--	---	--	---	--

9. Եզրակացություն

Ընկերությունում կոմիտեի կողմից տրված № ՃԱՕ-103-2007 առ 23.08.2007թ. լիցենզիայի պայմանները իրականացվում են որոշակի խախտումներով:

10. Առաջարկվում է

Սույն կարգադրագրի 8-րդ կետում նշված խախտումները և թերությունները վերացնել սահմանված ժամկետներում՝ այդ մասին 3-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնելով կոմիտեին:

Կարգադրագիրը ներկայացրել են՝

Տեսչական խմբի անձնակազմ՝

Ա. Բաբայան

Ա. Աղեքսանյան

Կարգադրագրի հետ ծանոթացել և մեկ օրինակ ստացել էմ կատարման համար:

«Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն»

հիմնադրամ տնօրեն

«21» 06 2023թ.



Խ. Հակոբյան